

## Intervall Inspektion Mitex III

(Serviceanzeige an Steuerung)

Beschrieb	Prüfen	ersetzen	Betriebsstunden		
			100	500	1000
<b>Hydraulik</b>					
Hydraulikleitungen	X		X	X	X
Hydrauliköl		X	X	X	X
Hydraulikdruckfilter		X	X	X	X
<b>Messanlage</b>					
Feder Drosselrückschlagventil	X				X
Dichtungssatz Drosselrückschlagventil		X			X
Manschette Drosselrückschlagventil	X	X			X
Öl Lagerbock Milchpumpe		X			X
<b>Vakuumraum</b>					
Verunreinigung Wassertank	X				X
Dichtung Vakuumreduzierventil		X			X
Einstellung Vakuum Solldruck -0.78bar	X				X
Sensor Schaumabscheider	X				X
Rückschlagventile Schaumabscheider	X	X			X
Dichtungen Schaumabscheider		X			X
Wasseranschluss Vakuumpumpe	X				X
Öl Lagerbock Vakuumpumpe		X			X
Drehzahl Vakuumpumpe	X				X
Dichtungssatz Ausblasventil	X	X			X
<b>Probenahme</b>					
Milchschläuche	X	X			X
Dichtungssatz Abfüllkopf		X			X
Dichtungssatz Abfüllkopf Gesamtprobe		X			X
Dichtungssatz Entnahmezylinder		X			X
Dichtungssatz Rücksaugzylinder		X			X
Entnahme Einlaufrohr Probeabzweig	X				X
Dichtungssatz Einlaufrohr Probeabzweig		X			X
Dichtung Ansaugklappe		X			X
Funktion Rührwerk	X				X
Motoraufnahme Rührwerk	X	X			X
Dichtung Rührwerk		X			X
Quirl Rührwerk	X	X			X
Dichtungssatz Vorspülventil		X			X
Dichtungssatz Druckabfüllventil		X			X
Dichtung Probebehälter		X			X
Dichtungssatz Milchabscheider		X			X
Dichtungssatz Reinigungsventil		X			X
<b>Steuerungsparameter</b>					
Anhand letzter Probeprüfung ggf. anpassen	X				X

100 Stundeninspektion gilt für Neufahrzeuge

500 Stundeninspektion gilt für Fahrzeuge mit wenig Betriebsstunden/ Jahr